Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
D-82362 Weilheim
Deutschland, Germany, Allemagne, Alemania

EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU - DECLARATION OF CONFORMITY
UE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
UE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt	We declare under our sole responsibility that the product described herein	Nous déclarons en seul responsabilité que le produit décrit ici	Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto aquí descrito
TitroLine 5000			
konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente ist:	is conform to the requirements of the following documents:	est conforme aux exigences des documents suivants:	se ajusta a los requisitos de los siguientes documentos:
EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1:2013	EMC-directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013	Directive-CEM 2014/30/EU EN 61326-1:2013	Directiva de CEM 2014/30/EU EN 61326-1:2013
Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU EN 61010-1:2010	Safety-directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010	Directive-Sécurité 2014/35/EU EN 61010-1:2010	Directiva de Seguridad 2014/35/EU EN 61010-1:2010
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU EN IEC 63000: 2018	RoHS-directive 2011/65/EU EN IEC 63000: 2018	Directive-RoHS 2011/65/EU EN IEC 63000: 2018	Directiva de RoHS 2011/65/EU EN IEC 63000: 2018

Mainz, den: 18.10.2021

KONF. No.: Titrat020d

Robert Reining
Geschäftsführer / Managing Director / Gérant / Gerente

WTW® SI Analytics® -ebro-® Sensortechnik Meinsberg are brands of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.