IQ SensorNet Messgrößen

Verwendbar mit	TriOxmatic® 700/701/702 IQ (SW)	FDO® 700/701 IQ (SW)	SensoLyt® 700 IQ (SW)	TetraCon® 700 IQ (SW)	ViSoTurb® 700 IQ (SW)	ViSolid® 700 IQ	AmmoLyt®*Plus* 700 IQ	NitraLyt®*Plus* 700 IQ	VARiON®*Plus* 700 IQ	NitraVis® 701/705 IQ (TS)	NitraVis® 701/705 IQ NI	CarboVis® 701/705 IQ (TS/Co)	NiCaVis® 705 IQ (TS/SF/Co)	NiCaVis® 701/705 IQ (NI/SF)	UV 701/705 IQ SAC	UV 701/705 IQ NOx	ColorVis 705 IQ	IFL 700 IQ	Alyza® IQ PO_4	Alyza® IQ NH_4 (HR)
System 2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System 282/284	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System 281	■	■	■	■	■	■												■		
Leistungsverbrauch [W]	0,2	0,7	0,2	0,2	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	8,0°	5,5°	**	**
Parameter																				
Temperatur	■	■	■	■			■	■	■											
Sauerstoff (elektrochemisch)	■																			
Sauerstoff (optisch)		■																		
pH			■																	
Redox			■																	
Leitfähigkeit				■																
Salinität				■																
TDS				■																
Trübung (optisch)					■															
TS (optisch)					■	■				■		■	■							
Schlammspiegel																		■		
Farbe												■	■				■			
Ammonium (ionenselektiv)							■		■											
Ammonium (optisch/nasschemisch)																				■
Nitrat (ionenselektiv)								■	■											
Nitrat (optisch/spektral)										■	■		■	■		■†				
Nitrit (optisch/spektral)											■			■		■				
Kalium (ionenselektiv)							■		■											
Chlorid (ionenselektiv)								■	■											
CSB (optisch/spektral)												■	■	■						
BSB (optisch/spektral)												■	■	■						
TOC (optisch/spektral)												■	■	■						
DOC (optisch/spektral)												■	■	■						
SAK (optisch/spektral)												■	■	■	■					
UVT (optisch/spektral)												■	■	■	■					
Orthophosphat (optisch/nasschemisch)																			■	

*** Leistungsabgabe: Alyza IQ stellt 10W bereit*
° Bei Betrieb am System 282/284 kann mit der mittleren Leistungsaufnahme gerechnet werden. Details siehe Bedienungsanleitung System 282/284.
† Nitrit- und Nitrat-Stickstoff geht in das Messergebnis mit ein.

Erfahren Sie mehr unter xylemanalytics.com/de/landingpages/iq-sensor-net

© 2026 Xylem Inc. oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

202611